



下記の方にはTL-300はご使用いただけません。


専門の医師や理学療法士、作業療法士などにご相談のうえ、ご利用者の症状や体調に合わせて使用してください。

日々の使用で症状や体調に変化がある場合にも、専門の医師や理学療法士、作業療法士にご相談のうえ使用してください。

該当しない場合でも、安全を確保できない懸念がある方には使用しないでください。

■骨折やケガの危険

- ①骨粗鬆症と診断されている方
- ②肋骨骨折、大腿骨骨幹部骨折、
大腿骨顆上骨折の既往のある方
- ③肩関節に亜脱臼または脱臼
のリスクのある方
- ④肩関節、股関節に可動域制限の
ある方
- ⑤肩関節、股関節、膝関節に痛みの
ある方



■転落の危険

- ⑥肩関節が柔らかく抜け
落ちる可能性のある方
- ⑦麻痺のある方
(弛緩性麻痺・痙性麻痺)
- ⑧体調のすぐれない方
- ⑨体動の激しい方や姿勢が安定しない方
- ⑩脇、胸、膝裏で自身の体重を支えられない方

TL-300動作時に、
肩(腕)が上がるのは
90度まで!

